AquaCare

הנחיות קליניות

משווק ע"י אוסדה

osada
Making The Best Better

סודיום ביקרבונאט
לבן

Pro **Clean**

- **ניקוי** - יעיל לניקוי כללי, הסרת כתמים, הכנה לאיטום חריצים
- **הברקה**
- **הסרת עששת רכה** - מנגעי עששת שטחיים, או נרחבים - לאחר הסרת ליבת העששת באמצעים מכניים אחרים (אקסקוואטור, טורבינה במהירות נמוכה)

סילק ביו-גלאס
ירוק

Pro **Sylc**

- **ניקוי והסרת כתמים**
- **הברקה**
- **הפחתת רגישות בשיניים**, ע"י חסימת פתחי הטובולי בדנטין תוך יצירת הידרוקסיאפטיט
- **רה-מינרליזציה** של דנטין שהחל לעבור רה-מינרליזציה
- **הכנה להברת שיניים**

חסר טעם, ולכן מתקבל בקלות ע"י המתרפאים

29µ אלומיניום אוקסיד
כחול

Pro **Cut**

- **אברזיה עדינה** - לטיפול בעששת חריצים, או כהכנה להדבקת שחזורים וסמכים אורתודונטיים - משפר את חוזק הקישור
- **הסרת צביעה** כתוצאה משחזור אמלגם
- **הסרת צמנט** - משחזורים וסמכים אורתודונטיים

50µ אלומיניום אוקסיד
אדום

Pro **Cut +**

- **אברזיה גסה** - כהכנה לשחזור מחומר מרוכב (לא אמלגם) או לפני הדבקת שחזורים וסמכים אורתודונטיים - משפר את חוזק הקישור. ניתן לשימוש גם להסרת חומרי הדבקה משחזורים מחוץ לפה המתרפא
- **הסרת חומר שחזור מרוכב** - מתאים לתיקון שחזורים והסרת שחזורים לקויים (לרוב לא נדרש אלחוש מקומי)
- **הכנת חלל לשחזור זעיר-פולשני**

ניקוי וטיפול בשיניים רגישות

חומר Media

סילק ביו-גלאס
(ירוק)

פייה Nozzle

0.6

קוטר 0.6 מ"מ

לחץ Power

2.5-3.5
באר

זרם Fluid

בקו האמצע

- יש להחזיק את פיית המכשיר במרחק של **3-5** מ"מ מפני שטח השן, בזווית של **45** מעלות, הרחק מכיוון החניכיים.
- להפעיל בתנועות הברשה.

ניקוי / הסרת כתמים

חומר Media

סודיום ביקרבונט
(לבן)

פייה Nozzle

קוטר 0.6 מ"מ או 0.8 מ"מ

לחץ Power

3-4 באר

זרם Fluid

בקו האמצע

- יש להחזיק את פיית המכשיר במרחק של **3-5** מ"מ מפני שטח השן, בזווית של **45** מעלות, הרחק מכיוון החניכיים.
- להפעיל באיטיות על פני שטח השן, עד לניקוי.
- להיעזר בסקשן להסרת עודפי אבקה ונוזל מפיית המכשיר.
- מדי פעם יש להפסיק ולבדוק ויזואלית את התקדמות התהליך.

הכנה לאיטום חריצים

חומר Media

סודיום ביקרבונט
(לבן)

פייה Nozzle

0.6

קוטר 0.6 מ"מ

לחץ Power

2.5-3.5
באר

זרם Fluid

בקו האמצע

- יש להחזיק את פיית המכשיר במרחק של **2-3** מ"מ מפני שטח השן, מול החריץ המיועד לאיטום.
- להפעיל בתנועה איטית הלוך ושוב לאורך החריץ.

טיפול בעששת חריצים

חומר Media

29µ אלומיניום
אוקסיד (כחול)

פייה Nozzle

0.6

קוטר 0.6 מ"מ

לחץ Power

4 באר

זרם Fluid

מעט פחות
מקו האמצע

- יש להחזיק את פיית המכשיר במרחק של כ-2 מ"מ מפני שטח השן, מול החריץ העששתי.
- להפעיל בלחיצות קצרות לאורך החריץ, עד להיעלמות הצביעה הכהה.
- מדי פעם יש להפסיק ולבדוק ויזואלית את התקדמות התהליך.

אם נותרה עששת רכה בחריץ, יש להשתמש בטורבינה לסילוקה.

הסרת עששת רכה

חומר Media

סודיום ביקרבונט
(לבן)

פייה Nozzle

0.6

קוטר 0.6 מ"מ

לחץ Power

3-4 באר

זרם Fluid

בקו האמצע

- יש להחזיק את פיית המכשיר במרחק של **2-3** מ"מ מפני שטח השן, מול הנגע העששתי.
- לעבוד בתנועות מעגליות, מהיקף הנגע לכיוון המרכז.

במקרה של נגע עששתי נרחב, יש להסיר את ליבת העששת באמצעות אקסקבטור, ולהמשיך באמצעות אבקת הסודיום ביקרבונט.

להכנת חלל לשחזור, יש לעבור לכרטיס:

הכנת חלל לשחזור מרוכב

רה-מינרליזציה

חומר Media

סילק ביו-גלאס
(ירוק)

פייה Nozzle

0.6

קוטר 0.6 מ"מ

לחץ Power

3-4 באר

זרם Fluid

בקו האמצע

Sylc היא אבקה ביו-קומפטבילית, היוצרת הידרוקסיאפטיט כשהיא באה במגע עם נוזלים, וכך מסייעת לרה-מינרליזציה של הדנטין ולהקטנת רגישות פוסט-אופרטיבית, באמצעות איטום טובולי הדנטין.
נועד לשימוש במקרים של רגישות בצוואר השן או עששת עמוקה.

- יש לעבור בזהירות באזור המיועד לרה-מינרליזציה ולכסות את כל פני השטח.

הכנת חלל לשחזור מרוכב

חומר Media

29µ אלומיניום
אוקסיד (כחול)

פייה Nozzle

0.6

קוטר 0.6 מ"מ

לחץ Power

3-5 באר

זרם Fluid

בקו האמצע

להכנת חלל קטן:

- יש להחזיק את פיית המכשיר במרחק של **2-3** מ"מ מפני שטח השן ובזווית קלה, מול הנגע העששתי.
- להפעיל באיטיות בתנועות מעגליות מהיקף הנגע לכיוון המרכז, עד לחשיפת חומר שן בריא.

להכנת חלל נרחב:

- מומלץ להסיר את ליבת הנגע באמצעות טורבינה, ולהמשיך באמצעות אבקת האלומיניום אוקסיד, כמוסבר למעלה.

הסרה או תיקון שחזור מרוכב

חומר Media

50µ אלומיניום
אוקסיד (אדום)

פייה Nozzle

קוטר 0.6 מ"מ או 0.8 מ"מ

לחץ Power

3-6 באר

זרם Fluid

בקו האמצע

- יש להחזיק את פיית המכשיר במרחק של **2-3** מ"מ מפני שטח השן, ובזווית של 45 מעלות, מול האזור המיועד לתיקון.
- להפעיל בתנועה איטית הלוך ושוב משולי השחזור לאורך האזור הלקוי, עד שנותר חומר שן בריא וחומר שחזור תקין.
- ניתן להסיר את פני שטח השחזור הקודם או את כולו. יש לבחור את מידת הלחץ בהתאם להיקף ההסרה הרצוי.

טיפול כזה לרוב אינו דורש אלחוש מקומי.

הכנה להבהרת שיניים

חומר Media

סילק ביו-גלאס
(ירוק)

פייה Nozzle

0.8

קוטר 0.8 מ"מ

לחץ Power

3 באר

זרם Fluid

בקו האמצע

- יש להחזיק את פיית המכשיר במרחק של **3-5** מ"מ מפני שטח השן, בזווית של **45** מעלות, הרחק מכיוון החניכיים.
- להפעיל בלחיצות קצרות, עד ששטח השן נקי.
- יש לעבוד בסמיכות לסקשן, לשמירה על ניקיון האזור.
- מדי פעם יש להפסיק ולבדוק ויזואלית את התקדמות התהליך.

הכנה להדבקת סמכים אורתודונטיים

חומר Media

29µ אלומיניום
אוקסיד (כחול)

פייה Nozzle

קוטר 0.6 מ"מ או 0.8 מ"מ

לחץ Power

4 באר

זרם Fluid

מעט פחות
מקו האמצע

- יש להחזיק את פיית המכשיר במרחק של כ-**2** מ"מ מפני שטח השן, באזור המיועד להדבקת הסמך.
- להפעיל באיטיות, בתנועות מעגליות.

ההכנה תותיר אזור "צרוב" המוכן להדבקה. ייבוש הרירית ישפר את הצלחת ההדבקה, בייחוד באזורים לינגואליים.

באותו אופן ניתן לנקות את הסמכים האורתודונטיים עצמם, בצידם המיועד להדבקה.

הסרת צמנט מכתרים, גשרים וסמכי אורתו'

חומר Media

50µ אלומיניום
אוקסיד (אדום)

פייה Nozzle

קוטר 0.6 מ"מ או 0.8 מ"מ

לחץ Power

3-4 באר

זרם Fluid

בקו האמצע

- יש להחזיק את פיית המכשיר במרחק של **2-3** מ"מ מפני שטח השן, מול הצמנט העודף.
- להפעיל באיטיות על גבי הצמנט, עד להסרתו.

ניתן לעבוד בפה המתרפא, או על החלק המודבק מחוץ לפה.

להזמנת פריטים מתכלים:

שם פריט	כמות	מק"ט
ProClean - סודיום ביקרבונאט	4 * 60 גרם	I/PDR8014F
ProSylc - סילק ביו-גלאס	4 * 40 גרם	I/PDR0034F
ProCut - אלומיניום אוקסיד 29µ	4 * 85 גרם	I/PDR8025F
ProCut+ - אלומיניום אוקסיד 53µ	4 * 85 גרם	I/PDR8024F
Aqua Sol. - נוזל חיתוך	500 מ"ל	I/PAC8200F
Aqua Sol. - נוזל חיתוך - אריזת חיסכון	6 * 500 מ"ל	I/PAC8206F
Tips לחיתוך וליטוש (עם צינוריות)	50 יח'	I/ASS8007F
iTips דקים לחיתוך וליטוש (עם צינוריות)	50 יח'	I/ASS8009F
טורבינת אקווה-קר 0.6 מ"מ - Silver	1	I/ASS8191F
טורבינת אקווה-קר 0.8 מ"מ - Gold	1	I/ASS8192F
ידיות לטורבינת אקווה-קר	5	I/ASS8024F

קויפמן 4 תל-אביב
טל': 03-7979620
info@osada.co.il
www.osada.co.il

osada
Making The Best Better

ניקוי וטיפול בשיניים רגישות

ניקוי / הסרת כתמים

הכנה לאיטום חריצים

טיפול בעששת חריצים

הסרת עששת רכה

רה-מינרליזציה

הכנת חלל לשחזור מרוכב

הסרה או תיקון שחזור מרוכב

הכנה להבהרת שיניים

הכנה להדבקת סמכים אורתודונטיים

הסרת צמנט מכתרים, גשרים וסמכי אורתו'

⚠ על החיבור להתבצע ליציאת האוויר ביוניט בלבד.

יש להימנע מטיפול במכשיר זה במתרפאים הסובלים מאסתמה, ומטיפול עם סודיום ביקרבונט במתרפאים האלרגיים לסודיום.